

# 騒音計基準適合検査済証

第 L4201894 号

指定製造事業者

指定番号 341301



検 査 日	平成25年2月19日
種 類	普通騒音計
製造事業者名	リオン株式会社
型 式	NL-42
型式承認番号	第SLS111号
器 物 番 号	01022342
マイクロホン番号	142262
マイクロホンの使用条件	直結または分離 (延長コード2m~105m)
騒音レベルの計量範囲	25デシベルから130デシベルまで
使用周波数範囲	20ヘルツから8,000ヘルツまで
有効期間の満了年月日	平成30年2月28日
器 差	0 dB
備 考	この検査に合格した計量器は、有効期間内は計量法に基づく検定合格品と同等に扱われます。